

TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH - Postanschrift: D-51101 Köln

Intra Automation GmbH
Herrn Knapp
Otto-Hahn-Straße 20

41515 Grevenbroich



DAP-P-02.544-04-95-0

Das Institut im Internet



www.umwelt-tuv.de

| | |
|----------------|--|
| Bearbeiter | Herr Uebele |
| Unsere Zeichen | 936 - ueb - ov |
| Telefon | 02 21 / 8 06 - 27 98 |
| Fax | 02 21 / 8 06 - 13 49 |
| E-Mail | tuv_immission@compuserve.com |
| Köln, | 12.05.1999 |

ITABAR - Durchflußmeßsonden

Sehr geehrter Herr Knapp,

mit diesem Schreiben bestätigen wir, daß die unten aufgeführten Sonden der Firma INTRA-Automation GmbH

- IBR-25, IBR-26
- IBF-25, IBF-26
- IBR-35, IBR-36
- IBF-35, IBF-36
- IBF-100

die Eignungsprüfung erfolgreich absolviert haben und für amtlich angeordnete Volumensstrommessungen für Meßaufgaben in wasserdampfgesättigter Abgasmatrix nach

- TA Luft'86
- 13. BImSchV und
- 17. BImSchV

zugelassen und geeignet sind.

Wir weisen dabei auf die TÜV-Berichte

- 936 / 808008 vom 15.08.1989 („Zulassung für nasse, nicht gesättigte Abgase“)
- 936 / 806014 vom 12.08.1997 („Ergänzungsprüfung für feuchtigkeitsgesättigte Abgase“).

Mit freundlichen Grüßen

Abteilung Immissionsschutz / Luftreinhaltung

i.A.



Dr. rer. nat. P. Wilbring